



## INFRAROT-TEMPERATUR-MESSGERÄT TESTO 826 KALIBRIERUNG

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, notwendiger Kalibrierzyklus 12 Monate, ohne Gerät - nur Zertifikate, Kalibrierung muss direkt mit Gerät erworben werden

### PRODUKTDDETAILS

Artikelnummer: **TESTO-826-T4K**

für Gerät TESTO-826-T4, Kalibriergegenstand Infrarotmessgerät sowie Temperaturmessung mit Luft-/Tauchfühler, Messpunkte jeweils: Messpunkt 01 -18°C, Messpunkt 02 0,0°C, Messpunkt 03 60,0°C

### FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55  
89231 Neu-Ulm  
Bayern / Deutschland

[www.friedrich-sailer.de](http://www.friedrich-sailer.de)  
[info@friedrich-sailer.de](mailto:info@friedrich-sailer.de)  
+49 [0] 731 98 59 0-0